

蛋白质羰基含量测定试剂盒

分光光度法 50 管/24 样

注 意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

蛋白质羰基是多种氨基酸在蛋白质的氧化修饰过程中的早期标志，其含量高低表明蛋白质氧化损伤程度的大小，是衡量蛋白质氧化损伤的主要指标。

测定原理：

羰基与 2,4-二硝基苯肼反应生成红色 2,4-二硝基苯腙，在 370nm 处有特征吸收峰。

自备实验用品及仪器：

天平、恒温水浴锅、低温离心机、漩涡振荡仪、可见分光光度计、1 mL 玻璃比色皿和蒸馏水，无水乙醇，乙酸乙酯。

试剂组成和配制：

提取液：液体 50mL×1 瓶，4℃ 保存。

试剂一：粉剂 0.1g×5 支，4℃ 避光保存。（使用前根据样品数，每支加 1mL 水溶解，每支为 10 个样品用量）

试剂二：液体 20mL×1 瓶，4℃ 避光保存。

试剂三：液体 20mL×1 瓶，4℃ 保存。

试剂四：液体 25mL×1 瓶，4℃ 保存。

试剂五：根据测定样品量，将乙酸乙酯和无水乙醇等体积混合。

试剂六：液体 100mL×1 瓶，4℃ 保存。

样品处理：

1. 组织样品：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液）进行冰浴匀浆，于 4℃，4000g 离心 10min，取上清，加入 0.1mL 试剂一，室温放置 10min，4℃，10000g 离心 10min，取上清待测。
2. 细菌、真菌：按照细胞数量（ 10^4 个）：提取液体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 10000g，4℃，离心 10min，取上清置于冰上待测。
3. 血清等液体样本：直接测定。

测定步骤和操作表：

	对照管	测定管
样品（mL）	0.2	0.2
试剂二（mL）		0.4
试剂三（mL）	0.4	

混匀，37℃避光反应 1h		
试剂四（mL）	0.5	0.5
静置 5min，4℃，12000g 离心 15min，弃上清，留沉淀		
试剂五（mL）	1.0	1.0
漩涡混匀，4℃，12000g 离心 10min，弃上清，留沉淀		
试剂五（mL）	1.0	1.0
漩涡混匀，4℃，12000g 离心 10min，弃上清，留沉淀		
试剂五（mL）	1.0	1.0
漩涡混匀，4℃，12000g 离心 10min，弃上清，留沉淀		
试剂六（mL）	1.0	1.0
漩涡混匀，37℃温育 15min，沉淀全部溶解后，4℃，12000g 离心 15min，取上清，1mL 玻璃比色皿，试剂六调零，分别记录 370nm 对照管和测定管在的吸光值， $\Delta A_{370} = A_{370 \text{ 测定管}} - A_{370 \text{ 对照管}}$		

计算公式：

1. 按照样本蛋白浓度计算

蛋白质羰基含量（ $\mu\text{mol}/\text{mg prot}$ ）= $[\Delta A_{370} \times V \text{ 反总} \div (\epsilon \times d)] \div (V \text{ 样} \times C_{\text{pr}}) = 0.227 \times \Delta A_{370} \div C_{\text{pr}}$

2. 按照样本重量计算

蛋白质羰基含量（ $\mu\text{mol}/\text{g 鲜重}$ ）= $[\Delta A_{370} \times V \text{ 反总} \div (\epsilon \times d)] \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) = 0.227 \times \Delta A_{370} \div W$

3. 按照细胞数量计算

蛋白质羰基含量（ $\mu\text{mol}/10^4 \text{ cell}$ ）= $[\Delta A_{370} \times V \text{ 反总} \div (\epsilon \times d)] \div (\text{细胞数量} \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) = 0.227 \times \Delta A_{370} \div \text{细胞数量}$

4. 按照液体体积计算

蛋白质羰基含量（ $\mu\text{mol}/\text{mL}$ ）= $[\Delta A_{370} \times V \text{ 反总} \div (\epsilon \times d)] \div V \text{ 样} = 0.227 \times \Delta A_{370}$

V 反总：反应体系总体积，1mL； ϵ ：羰基微摩尔消光系数， $22 \times 10^3 \text{ L}/\mu\text{mol}/\text{cm}$ ；d：比色皿光径，1cm；V 样：加入样本体积，0.2 mL；V 样总：加入提取液体积，1 mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL，W：样本质量，g

注意事项：

1. 试剂一使用之前根据要测定的样品数现配，配置好后 4℃ 保存，若变为黑色，则不能使用。
2. 试剂二见光易分解，反应需严格避光。